

Số: 576/TB-TTYT

Móng Cái, ngày 21 tháng 5 năm 2024

“Về việc báo giá trang thiết bị y tế thuộc gói thầu mua sắm máy tiệt trùng nhiệt độ cao thuộc dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 4) của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái”

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy tiệt trùng nhiệt độ cao thuộc dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 4) của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Khổng Minh Toàn. Chức vụ: Phó phòng KHNV.

- Số điện thoại: 0915.256.268

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Tại phòng KHNV, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

- Bản mềm qua email: phongkhth.bvmc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao (2 cửa, dung tích ≥ 700 lít)	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	1	Máy
Tổng: 01 danh mục.				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, P. Ninh Dương, TP. Móng Cái, Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

4.1. Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày khi hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu cung cấp bảo lãnh tạm ứng.

4.2. Phương thức thanh toán:

+ Hình thức: Chuyển khoản.

+ Số lần thanh toán: Thanh toán 02 lần.

• Lần 1: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

• Lần 2: 70% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hàng hóa cùng các chứng từ hợp lệ.

5. Các thông tin khác: *Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.*


Lưu ý:

1. Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.

2. Trung tâm xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại;

- Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CNTT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu: VT, KHN.V./.

GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Thủy

PHỤ LỤC 01

Các yêu cầu chung về lập báo giá

(Kèm theo Thông báo số: 576/TB-TTYT ngày 21/5/2024 của

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
Công ty phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Trung tâm như Mẫu tại Mẫu số 01 .	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu	Đáp ứng
	Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Không đáp ứng

- Trung tâm đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dự trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - do công ty tự kê khai - tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Trung tâm sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.

- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong **Phụ lục 02** là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Trung tâm xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Trung tâm đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Trung tâm sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Trung tâm sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường những vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả thầu gần nhất trong vòng 90 ngày (nếu có) của (các) trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Trung tâm.

- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện, dịch vụ kỹ thuật cần thiết để hoàn thành lắp đặt dựa vào sử dụng nhưng trong yêu cầu kỹ thuật chưa có, công ty có thể chào thêm ở phần tùy chọn, số lượng cụ thể.

- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện (tiêu hao hoặc định kỳ thay thế); gói dịch vụ kỹ thuật để duy trì hoạt động thường xuyên trong thời gian khấu hao máy theo quy định. Công ty chào Trung tâm tham khảo.

Mẫu số 01. Bảng đáp ứng kỹ thuật
(Kèm theo Thông báo số: 576/TB-TTYT ngày 21/5/2024
của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 02)	Thông số kỹ thuật chào giá	
.....	Đáp ứng/ Không đáp ứng	<ul style="list-style-type: none">- Nếu đáp ứng: Nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.- Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa trong kèm theo thuyết minh/lý giải.- Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.

Mẫu số 02 BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm....

Đại diện hợp pháp của
hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế

(Kèm theo Thông báo số: 576/TB-TTYT ngày 21/5/2024 của

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ CAO (2 Cửa, dung tích ≥ 700 lít)
I. Yêu cầu chung
Thiết bị được sản xuất mới 100%, năm 2024 trở về sau
Nhà sản xuất có tối thiểu các giấy chứng nhận quốc tế sau: ISO 9001, ISO 13485
Nguồn điện: Phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ: $\geq 45^{\circ}\text{C}$
Độ ẩm: $\geq 80\%$
II. Yêu cầu cấu hình
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy
Bơm hút chân không: 01 cái
Máy in dữ liệu : 01 cái
Nồi hơi: 01 cái
Máy làm mềm nước: 01 cái
Giá đựng dụng cụ được làm bằng thép không gỉ: 01 cái
Xe đẩy dụng cụ làm bằng thép không gỉ có chốt hãm: 02 cái
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
III. Yêu cầu kỹ thuật
1. Tính năng kỹ thuật
Là loại thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao, và sấy khô bằng chân không
Có chức năng cài đặt sẵn thời gian để bắt đầu tự động chạy chương trình.
Có thể cài đặt nhiệt độ hấp tiệt trùng: từ $\leq 121^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 134^{\circ}\text{C}$
Máy cài đặt được sẵn ≥ 06 chương trình
Có chức năng sấy khô vật hấp
Có tối thiểu 2 đồng hồ đo áp suất
2. Thông số kỹ thuật
2.1. Buồng hấp
Buồng hấp được làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn
Dung tích buồng hấp: ≥ 700 lít
Áp suất buồng hấp tiệt trùng tối đa: ≤ 300 kPa
2.2. Cửa buồng
Cửa buồng bằng thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn, có lớp cao su cách nhiệt.
Có 2 cửa, loại trượt tự động lên xuống.

Cửa có chế độ khóa an toàn tránh 2 cửa mở cùng 1 lúc
2.3. Vỏ buồng hấp (Jacket)
Bao phủ toàn bộ buồng hấp, chất liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương, bao phủ toàn bộ buồng hấp
Bên ngoài buồng máy được phủ lớp cách nhiệt và bọc bằng sợi thủy tinh.
2.4. Bơm chân không
Loại bơm vòng nước, 2 cấp
Hút chân không tối đa $\geq -95\text{kPa}$ hoặc tương đương
Thực hiện sấy khô bằng chân không
2.5. Phin lọc không khí và đường ống
Phin lọc loại bỏ được $\geq 99,99\%$ các hạt có kích thước $\leq 0.3\mu\text{m}$.
Đường ống cấp nước chính được làm bằng thép
2.6. Hệ thống điều khiển
Điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương
Điều khiển thông qua màn hình màu cảm ứng LCD
Kích thước màn hình ≥ 5.5 inch
2.7. Các chương trình tiệt khuẩn
Máy cài đặt được sẵn ≥ 06 chương trình, trong đó bao gồm các chương trình kiểm tra Bowie-Dick và kiểm tra rò rỉ khí
Có thêm các chương trình tùy chọn
Có thể cài đặt chương trình hấp ở 121°C và 135°C
Thời gian tiệt trùng có thể cài đặt từ ≤ 1 phút đến ≥ 95 phút
Thời gian sấy khô có thể cài đặt từ ≤ 1 phút đến ≥ 95 phút
2.8. Hệ thống an toàn
Báo lỗi bằng đèn, âm thanh và hiển thị tin nhắn trên màn hình
Có nút dừng khẩn cấp ở thân máy.
Có chế độ bảo vệ mạch điện giúp tắt các mạch nếu ngắn mạch hoặc quá dòng
Thân máy có van an toàn được gắn trên phía thứ cấp của van giảm áp
Cửa không thể mở nếu áp lực trong buồng là áp suất dương, chưa cân bằng với áp suất không khí.
Có mật khẩu riêng tránh các truy cập không mong muốn