

Số: 271 /TB-TTYT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa hệ thống CT Scanner 32 lát SOMATOM go.Now của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái để phục vụ công tác khám chữa bệnh

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu mời báo giá Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa hệ thống CT Scanner 32 lát SOMATOM go.Now của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái để phục vụ công tác khám chữa bệnh (theo phụ lục chi tiết đính kèm)

Kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa hệ thống CT Scanner 32 lát SOMATOM go.Now của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái để phục vụ công tác khám chữa bệnh (Đơn giá vào giá là giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác) và hồ sơ năng lực bản cứng, bản mềm về Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái theo các thông tin sau:

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 07/3/2025 đến trước 16 giờ 00 ngày 11/3/2025.

Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file Scan bảng báo giá qua Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn)

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – vật tư – thiết bị y tế - Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) Ks Trần Văn Hoàng 0349582171.

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Nơi Kính gửi;
- Bộ phận CNTT trung tâm;
- Lưu VT, Dược – VT – TBYT;



Đoàn Ngọc Thủy



PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 271/TB-TT-YT ngày 07/3/2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

1. Bóng phát tia X sử dụng cho hệ thống CT Scanner 32 lát Somatom go.Now

Cấu hình yêu cầu
Model: CHRONON XTA Unit
Hãng sản xuất: Siemens Healthineers AG
Nước sản xuất: Trung Quốc
I. Yêu cầu chung
Năm sản xuất: 2024 trở về sau, Mới 100%
Tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc CE hoặc tương đương
II. Đặc tính kỹ thuật
Bóng phát tia: 01 cái
Linh kiện tổ hợp bóng bao gồm tổ hợp bóng phát tia và hệ thống làm mát bóng.
Tổ hợp bóng bao gồm bóng phát tia, vỏ bảo vệ với stator tích hợp, bộ phận theo dõi nhiệt độ, công tắc bảo vệ quá áp và bo mạch XTM để lưu trữ các dữ liệu hoạt động của tổ hợp bóng. Các bảo vệ an toàn và bức xạ được đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60601. Vỏ tổ hợp bóng chứa đầy dầu và kết nối với hệ thống làm mát bằng các đầu kết nối nhanh. Các cáp cao áp (HV) đã được lắp đặt sẵn.
Thông tin kỹ thuật
Công suất danh nghĩa đầu vào của Anode:
+ F1: 21 kW (tiêu điểm nhỏ)
+ F2: 34 kW (tiêu điểm lớn)
Khả năng trữ nhiệt của Anode: 2.600.000J = (3.500.000 HU)
Vật liệu phủ Anode: Rhenium – tungsten hoặc tương đương
Điện áp danh nghĩa: 140kV
Tần số quay Anode: 150Hz
Hiệu suất tản nhiệt tối đa: $\geq 3.000W$
Góc Anode: 8°
Tiêu điểm danh định:
+ F1: 0,8 x 0,4 (tiêu điểm nhỏ)
+ F2: 0,8 x 0,7 (tiêu điểm lớn)
Bộ lọc giảm liều cố định: $\geq 5,5$ mm Al/ 140kV
Động cơ quay Anode
+ Stator 3 pha
+ Điện áp pha 430-750Vpp
+ Dòng điện pha ≤ 25 Aeff.
Chất làm mát: Dầu cách điện
Tốc độ dòng chảy: > 5 l/phút
Thể tích chất làm mát (tổ hợp bóng bao gồm cả hệ thống làm mát) < 10 L