

**SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 353 /TB-TTYT

Móng Cái, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm máy khí
dung siêu âm, máy soi cổ tử cung, máy điện
xung, máy Doppler tim thai phục vụ công
tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế
thành phố Móng Cái

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu
mua sắm máy khí dung siêu âm, máy soi cổ tử cung, máy điện xung, máy
Doppler tim thai phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế thành
phố Móng Cái, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, địa chỉ:
Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Văn Hoàng
- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – Vật tư – thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0349.582.171
- Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Tại khoa Dược – Vật tư – thiết bị y tế, Trung tâm Y tế thành
phố Móng Cái. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ninh Dương, TP.Móng Cái,
Quảng Ninh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 21 tháng 03 năm 2025 đến
trước 17h ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31
tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị Y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho
trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy khí dung siêu âm	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	09	Máy
2	Máy soi cổ tử cung	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	01	Máy
3	Máy điện xung	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	01	Máy
4	máy Doppler tim thai	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	02	Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Ninh Dương, TP.Móng Cái, Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến trước ngày 30 tháng 5 năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

4.1.Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày khi hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu cung cấp bảo lãnh tạm ứng.

4.2. Phương thức thanh toán:

+ Hình thức: Chuyển khoản

+ Số lần thanh toán: Thanh toán 02 lần

+ Lần 1: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng

+ Lần 2: 70% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hàng hóa cùng chứng các chứng từ hợp lệ

5. Các thông tin khác:(Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Lưu ý:

1. Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.

2. Trung tâm xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại;

- Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo././


Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT (dăng tải lên CTTĐT);
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC

Đoàn Ngọc Thủy



(Kèm theo Thông báo số 353 /TB-TT ngày 21 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

STT	Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
1	Công ty phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Trung tâm như mẫu tại mẫu số 01	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu	Đáp ứng
		Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Không đáp ứng

- Trung tâm đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật – do công ty tự kê khai – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Trung tâm sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.
- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong **Phụ lục 02** là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để trung tâm y tế xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Trung tâm y tế đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Trung tâm y tế sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yêu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa. Trung tâm y tế sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng

để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường những vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả thầu **gần nhất** trong vòng 90 ngày (nếu có) của (các) trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Trung tâm y tế.
- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.
- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện, dịch vụ kỹ thuật cần thiết để hoàn thành lắp đặt dựa vào sử dụng nhưng trong yêu cầu kỹ thuật chưa có, công ty có thể chào thêm ở phần tùy chọn, số lượng cụ thể.
- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện (tiêu hao hoặc định kỳ thay thế); gói dịch vụ kỹ thuật để duy trì hoạt động thường xuyên trong thời gian khấu hao máy theo quy định. Công ty chào Trung tâm y tế tham khảo.





Mẫu 1. Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Kèm theo Thông báo số 353 /TB-TX ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 02)	Đáp ứng/ Không đáp ứng	Thông số kỹ thuật chào giá
.....		- Nếu đáp ứng: nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa - Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa trong kèm theo thuyết minh/lý giải - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thẻ hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.





Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n	...								

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.


(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.




LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng của các thiết bị y tế
(Kèm theo Thông báo số 353 /TB-TTYY ngày 21 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

STT	Tên thiết bị, cấu hình cơ bản công khai như cầu tham khảo mời chào giá	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
I	Máy khí dung siêu âm	09	Máy
I	Yêu cầu chung		
	Năm sản xuất 2024 trở về sau, Mới 100%		
	Yêu cầu về kỹ thuật		
	Máy chính kèm dây nguồn: 01 chiếc		
	Cốc đựng thuốc: 01 chiếc		
	Ống xoắn ruột gà: 01 chiếc		
	Ống xông họng: 01 chiếc		
II	Bộ lọc khí: 01 chiếc		
	Ngăn nắp máy phun khí dung: 01 chiếc		
	Vòng giữ gắn máy: 01 chiếc		
	Vòng giữ gắn chỗ nước sử dụng: 01 chiếc		
	Chỗ giữ cốc có móc treo: 01 chiếc		
	Mặt nạ xông cho người lớn: 01 chiếc		
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ		
III	Thông số kỹ thuật		
	Tiêu thụ điện: 40VA/39VA (50Hz/60Hz)		
	Tần số siêu âm: 1.7MHz		
	Tốc độ phun khí dung tối đa: từ ~ 0.7 đến 3.5mL/phút		
	Kích thước hạt phun: MMAD 5.5µm		
	Dung tích chai đựng dung dịch: 100mL		
	Dung tích nước kích hoạt: 200mL		

	Tốc độ lưu thông khí tối đa: 16L/phút			
	Đồng hồ hẹn giờ: 1 ~ 30 phút. & liên tục			
	Thiết bị an toàn: cảm biến mực nước, nắp quạt, cảm biến nhiệt			
	Màn hình hiện lỗi: mực nước kích hoạt thấp, nhiệt độ nước kích hoạt cao			
	Kích thước: rộng 260 x ngang 145 x cao 195mm			
	Trọng lượng: 2.4kg (máy chính)			
	Ứng dụng: chuyển thuốc từ dạng lỏng sang dạng hơi, đưa trực tiếp vào cơ thể dưới dạng hạt sương, qua đường mũi hoặc miệng, để điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp			
2	Máy soi cổ tử cung	01		Máy
I	Yêu cầu chung			
	Năm sản xuất 2024 trở về sau, Mới 100%			
II	Yêu cầu về kỹ thuật			
	Máy chính: 1 máy			
	Chân đế: 1 chiếc			
	Capture card: 1 chiếc			
	Điều khiển cầm tay: 1 chiếc			
	Dây cáp: 1 chiếc			
	Phần mềm Tiếng Việt			
III	Thông số kỹ thuật			
	Camera: 1/4 inch SONY CCD			
	Pixel hiệu dụng: 0.8 triệu			
	Độ phân giải ngang: 700TVL			
	Đầu ra hình ảnh: PAL/NTSC			
	Khoảng cách làm việc: 200-400mm			
	Tuổi thọ đèn: ≥50000 giờ			
	Phạm vi chiếu sáng: Ø ≥60m			
	Nhiệt độ ánh sáng: 5000-6000K			



3	Máy điện xung		01	Máy
I	Yêu cầu chung			
	Năm sản xuất 2024 trở về sau, Mới 100%			
II	Yêu cầu về kỹ thuật			
	Máy chính: 01 chiếc			
	Dây điện xung: 01 chiếc			
	Cốc giác hút: 04 chiếc			
	Dây điện xung PAD 2 chiếc			
	Điện cực PAD 4 chiếc			
	Mút xốp: 04 chiếc			
	Dây nguồn 220V : 01 chiếc			
	Hướng dẫn sử dụng Anh- Việt 1 bộ			
III	Thông số kỹ thuật			
	Nguồn điện: AC220V /60Hz			
	Công suất tiêu thụ: 40W			
	Cường độ dòng ra tối đa 40mA			
	Hiệu điện thế dòng ra tối đa: 110Vp-p			
	Tần số điều trị: 3 đến 300Hz			
	Áp lực hút Max: 250mmHg			
	Thời gian điều trị tối đa 0-15 phút			
	Kích thước: 450 x 350x 160 (H)			
4	Doppler tim thai		02	Máy
I	Yêu cầu chung			
	Năm sản xuất 2024 trở về sau, Mới 100%			
II	Yêu cầu về kỹ thuật			
	Máy chính: 01 chiếc			
	01 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn:			
	01 Đầu dò Doppler.			

III	01 Bộ hướng dẫn sử dụng.			
	01 Tuýp Gel 60 ml.			
	Thông số kỹ thuật			
	Kích thước			
	Thân chính : 90 mm(H) x 250 mm(L) x 118 mm(D)			
	Đầu dò : 29.7mm(Ø) x 126.8 mm(H)			
	Trọng lượng thân máy và đầu dò: 1.5 kg			
	Pin và nguồn điện			
	Pin sạc lại: Bộ pin 3.7V li-ion			
	Thời gian sạc nhanh: 4 giờ			
	Thời gian hoạt động của pin: 5 giờ liên tục			
	Đầu vào: AC 100 ~ 240 V(50/60 Hz)			
	Đầu ra: DC 9V/2A			
	Đầu dò siêu âm Doppler FHR			
	Tần số siêu âm: 2 MHz			
	Cường độ : $\leq 10 \text{ mW/cm}^2$			
	Dải FHR: 30~240 bmp			
	Độ chính xác: $\pm 2\%$ của dải			