

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 80 /TB-TTYT

Móng Cái, ngày 17 tháng 7 năm 2025

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm ghế
khám và điều trị răng cho Trung tâm Y tế
thành phố Móng Cái

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm ghế răng và điều trị răng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Văn Hoàng

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – TTB-VTYT

- Số điện thoại: 0349.582.171

- Email: ttytmc.syt@quangninh.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng: Tại khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 17 tháng 07 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 27 tháng 07 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị Y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
-----	----------	--	----------------------	-------------

1	Ghế khám và điều trị răng	Mô tả cụ thể tại phụ lục 02 Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế.	01	Bộ
---	---------------------------	--	----	----

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái. Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Dự kiến trước ngày 31 tháng 12 năm 2025

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

4.1. Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày khi hợp đồng có hiệu lực và nhà thầu cung cấp bảo lãnh tạm ứng.

4.2. Phương thức thanh toán:

+ Hình thức: Chuyển khoản

+ Số lần thanh toán: Thanh toán 02 lần

+ Lần 1: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng

+ Lần 2: 70% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày sau khi chủ đầu tư nhận đầy đủ hàng hóa cùng chứng các chứng từ hợp lệ

5. Các thông tin khác: (Đính kèm theo bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Lưu ý:

1. Nhà cung cấp, hãng sản xuất có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng.

2. Trung tâm xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

- Không cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại;

- Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người không có thẩm quyền;

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái trân trọng thông báo. /.

Nơi nhận:


- Như trên;

- CNTT (đăng tải lên CTTĐT);

- Lưu VT



Đoàn Ngọc Thủy



PHỤ LỤC 01


Các yêu cầu chung về lập báo giá

(Kèm theo Thông báo số 80/TB-TT-VT ngày 17 tháng 07 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)



STT	Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
1	Công ty phải lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Trung tâm như mẫu tại mẫu số 01	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Đáp ứng Không đáp ứng

- Trung tâm đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật – do công ty tự kê khai – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Trung tâm sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh.
- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong **Phụ lục 02** là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để trung tâm y tế xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn.
- Trường hợp hàng hóa công ty chào không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu. Trung tâm y tế đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Trung tâm y tế sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí



kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yêu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa. Trung tâm y tế sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường những vấn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả thầu **gần nhất** trong vòng 90 ngày (nếu có) của (các) trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Trung tâm y tế.
- Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.
- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện, dịch vụ kỹ thuật cần thiết để hoàn thành lắp đặt dựa vào sử dụng nhưng trong yêu cầu kỹ thuật chưa có, công ty có thể chào thêm ở phần tùy chọn, số lượng cụ thể.
- Với thiết bị có phụ kiện, linh kiện (tiêu hao hoặc định kỳ thay thế); gói dịch vụ kỹ thuật để duy trì hoạt động thường xuyên trong thời gian khấu hao máy theo quy định. Công ty chào Trung tâm y tế tham khảo.



Mẫu 1. Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Kèm theo Thông báo số 80 /TB-TT ngày 17 tháng 07 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 02)	Đáp ứng/ Không đáp ứng	Thông số kỹ thuật chào giá
.....		- Nếu đáp ứng: nêu chính xác thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa - Nếu không đáp ứng: Nêu rõ thông số có trong tài liệu kỹ thuật của hàng hóa trong kèm theo thuyết minh/lý giải - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể. Thẻ hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh.





Mẫu số 2

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT bị y tế ⁽²⁾	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
 (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu ghi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.




PHỤ LỤC 02

Bảng mô tả các tính năng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế

(Kèm theo Thông báo số 80 /TB-TT/ ngày 17 tháng 07 năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái)

STT	Tên thiết bị, cấu hình cơ bản công khai nhu cầu tham khảo mời chào giá	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Ghế khám và điều trị răng	1	Bộ
I	Yêu cầu chung		
	- Năm sản xuất 2024 trở về sau		
	- Có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485		
	- Thiết bị mới 100%		
	- Điện áp sử dụng: 220V-240V/ 50Hz-60Hz		
II	Cấu hình cung cấp		
	- Máy dụng cụ: 01 bộ		
	- Ghế bệnh nhân: 01 bộ		
	- Đèn nha khoa 08 bóng: 01 bộ		
	- Bồn nhỏ bằng sứ: 01 bộ		
	- Đèn đọc phim: 01 bộ		



	- Hộp kỹ thuật: 01 bộ		
	- Hệ thống lọc nước cho tay khoan: 01 bộ		
	- Bàn đập đa chức năng: 01 bộ		
	- Tay xịt 03 tác dụng : 02 cái		
	- Ghế nha sĩ: 01 bộ		
	- Ghế phụ tá: 01 bộ		
III	Thông số kỹ thuật		
1	Mâm dụng cụ		
	- Giá gắn tay khoan: Móc treo phía dưới 6 vị trí (có thể điều chỉnh góc), điều chỉnh nước độc lập, có chức năng chống hút ngược		
	- Tay khoan tốc độ cao: tốc độ quay ≥ 310.000 vòng/phút, cả hai đều có thể khử trùng ở 135°C;		
	- Tay khoan tốc độ thấp: tay khoan tốc độ thấp (kể cả đầu thẳng và đầu cong), tốc độ quay ≥ 20.000 vòng/phút.		
	- Tay xịt ba chức năng: có thể phun nước, hơi và phun sương, đồng thời có thể thực hiện khử trùng chân không và nhiệt độ cao 135oC.		
	- Có cơ chế Điều chỉnh nước độc lập, toàn bộ máy có chức năng chống hút ngược, công tắc điện và nước chỉ bằng một nút bấm.		
2	Đèn nha khoa		

	- Đèn chiếu sáng trực tiếp khoảng miệng LED 08 bóng Philips; Có hai màu; Ánh sáng vàng và ánh sáng trắng; Cường độ sáng có thể điều chỉnh bằng cảm ứng;; Cường độ sáng 6000 đến 45000LUX; Có công tắc cảm biến		
3	Khung ghế bệnh nhân		
	- Vị trí ghế thấp nhất 380mm, thuận tiện cho người già và trẻ em lên xuống. Vị trí ghế cao nhất là 780mm. Ghế nha khoa có khả năng chịu tải tối thiểu 135kg (không bao gồm máy điều trị).		
4	Nệm da		
	- Được làm bằng da PU thân thiện với môi trường kết hợp với sợi đàn hồi cao, có trọng lượng nhẹ, độ bền cao, thoáng khí, không thấm nước và không dễ giãn nở		
5	Hệ thống điều khiển		
	- Hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động		
	- Mâm dụng cụ có tích hợp bình nước nóng.		
	- Bộ lọc kép		
6	Hộp kỹ thuật		
	- Hộp kỹ thuật có thể xoay góc 90° để thuận tiện cho việc vận hành bằng tay và bảo trì hàng ngày; Mạch đường ống bên trong áp dụng thiết kế tách điện và nước, an toàn hơn		
7	Hệ thống bồn nhỏ		

HỒ CÁI

AM QU

	- Bồn nhỏ sử tích hợp, xoay, cảm biến cấp nước tự động, cảm biến trọng lực giúp kiểm soát chính xác lượng nước, chức năng cài đặt cấp nước định lượng và chức năng cấp nước tự động với thiết bị cấp nước tự động ổn định nhiệt độ		
8	Hệ thống trợ thủ		
	- Giá đỡ đa khớp có thể thu vào kèm theo tay xịt ba chức năng cho các đầu hút phễu thuật và nước bọt		
9	Bàn đập đa chức năng		
	- Bàn đập có thể điều khiển hoạt động của tay khoan tốc độ cao và tốc độ thấp, đồng thời thực hiện quay khô và ướt của tay khoan		
	- Bàn đập có thể điều khiển để cung cấp nước cho cốc nước, xả ống nhỏ, và thực hiện điều khiển chân trên vị trí ghế.		